Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date:

DOCUMENT TYPE:	REPORT DOCUMENT				
TITLE:	AGILE MINICALORIMETRO: TEST BARRE SEM A DAΦNE, LUGLIO 2004				
DOCUMENT Ref. No.:	AGILE-ITE-RP-005 N° OF PAGES: v,20 IASF internal report n. 394 Agosto 2004				
ISSUE No.:	1 DATE: 20.8.04				
PREPARED BY:	C. Labanti, M. Marisaldi, A. Mauri, E. Rossi				
CHECKED BY:	C. LABANTI				
SUBSYSTEM MANAGER:	C. LABANTI				
APPROVED BY:					
SUBSYSTEM LEADER:	G. DI COCCO	DATE:			
PROJECT LEADER:	M. TAVANI	DATE:			
PROGRAM MANAGER:		DATE:			
PAPM:	A. BERNABEO	DATE:			
CONFIGURATION:		DATE:			

Any information contained in this document is property of the AGILE TEAM and is strictly private and confidential. All rights reserved.

Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date: AGILE-ITE-RP-005 AGILE Page: iii 20/08/2004

DISTRIBUTION LIST

POS.	NAME	DEPT.	N° OF COPIES	FULL COPY
1	A. Zambra	AST	1	1
1	P. Radaelli	LABEN	1	1

Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date: AGILE-ITE-RP-005 AGILE Page: iv 20/08/2004

CHANGE RECORD

ISSUE	DATE	PAGE	DESCRIPTION OF CHANGES	Release

Ref:AGILE-ITE-RP-005Project Ref.:AGILEIssue: 1Page: vDate:20/08/2004

SOMMARIO

INTR	ODUZIONE	1
DOCU	JMENTI DI RIFERIMENTO	2
ACRO	DNIMI	2
1.	DESCRIZIONE DEI SET UP DI TEST	3
2.	ELENCO DELLE MISURE	5
3.	MISURE IN DIVERSE POSIZIONI	8
3.1	ANALISI DEI DATI	8
3.2	CALIBRAZIONI	8
3.3	MISURE A BASSA MOLTEPLICITA' DEGLI ELETTRONI	9
4.	TEST DI RETRIGGERING	14
4.1	CALIBRAZIONI	14
4.2	MISURE AD ALTA MOLTEPLICITA' DEGLI ELETTRONI	14
CONC	CLUSIONI	20

Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date:

INTRODUZIONE

In questo documento sono descritti i test effettuati a DAΦNE nel Luglio 2004 sulle barre SEM MCAL di AGILE.

Le due barre provate sono tipo 'flight like'; hanno le dimensioni 'finali' descritte nei requisiti di MCAL, impiegano i PD realizzati per MCAL, e sono inserite nell' housing di carbonio previsto nel disegno di MCAL.

L' elettronica di lettura dei rivelatori è stata realizzata con moduli di laboratorio con blocchi funzionalmente simili ad alcuni di quelli previsti nel design di MCAL.

La facility BTF di DAΦNE ai LNF permette di stimolare l' esperimento con spill di elettroni (da 1 a 10 nsec di durata) con energia fino a circa 500 MeV e con molteplicità degli e⁻ variabile da 1 a qualche migliaio.

Gli scopi dei test erano i seguenti:

- a) Verifica della risposta delle barre in diverse posizioni a singoli elettroni di energia nota.
- b) Analisi delle condizioni sperimentali che possono genere outburst di trigger falsi dai rivelatori

Ref: AG Project Ref.: Issue: 1 Date:

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- [1] C. Labanti, "Agile MCAL subsystem specification", TESRE, AGILE-ITE-SS-002, Issue 3
- [2] C. Labanti et al , "Test di caratterizzazione in temperatura delle barre CsI del Minicalorimetro di AGILE", TESRE, AGILE-ITE-RP-004, Issue 1 Agosto 04

ACRONIMI

- ADC Analog to Digital Conversion
- BLR Base Line Restorer
- BTF Beam Test Facilty
- LNF Laboratori Nazionali di Frascati
- MCAL Minicalorimetro
- MCS Multi Channel Scaler
- NIM Nuclear Instrumentation Module
- PD Fotodiodo
- SEM Simplified Engeenering Module



1. DESCRIZIONE DEI SET UP DI TEST

Per i test di verifica della risposta delle barre in diverse posizioni a singoli elettroni di energia nota si è impiegata la catena elettronica descritta nella Figura 1.

Ogni PD è stato collegato ad una catena elettronica per spettroscopia, composta da preamplificatore di carica, amplificatore-shaper, discriminatore e stretcher.

Le barre, ed i pre-amp (AUREL PAC L3) erano montati entro una scatola di Al.

I pre-amp erano alimentati con Power-Supply Grunding PN300 (+12 V 38 mA, -12 V 5 mA).

Il sistema di acquisizione prevede la conversione di tutti i 4 segnali dai PD quando almeno un discriminatore e' sopra soglia.

Tutto il sistema era in sala sperimentale con il PC comandato in remoto.

I test di retriggering sono stati effettuati sul PD 14 con la catena elettronica descritta in Figura 2 ed è basata su moduli NIM commerciali e su un Multi Channel Scaler (MCS) che misura il ritardo tra il trigger macchina e il trigger del discriminatore.

Tutto il sistema di acquisizione era parte in sala fascio, parte in sala controllo.

Il setting degli strumenti era il seguente:

Preamplificatore	(Gain Power supply	0.5 mV/fC) ± 12 V
Amplificatore:	Gain Shaping Time BLR	Fine 14 Coarse 500 3 µsec selezionabile
Discriminatore:	LLD Il segnale in uscita segnale di input	0.12 appare sul fronte di discesa del
MCA:	10 V fondo scala 1024 canali	
MCS:	1 μsec/ch 16384 canali	

AGILE

Page: 4



Figura 1 Schema del sistema di acquisizione per test risposta barre ad elettroni.





2. ELENCO DELLE MISURE

Per i test di riposta delle barre in diverse posizioni sono state effettuate le seguenti misure:

Misura	Files
Calibrazione con impulsatore,	209_12_14_30txt
attenuazioni 100, 50, 20, 10, 5, 2	
$(att \ 100 \sim 16400 \ e^{-} \cong picco \ Am-241)$	
Fondo senza fascio	210_20_46_33txt
start h 20.46 stop h 8.48	
Singolo elettrone @ 413 MeV a centro barra	211_17_41_25txt
setting fascio come in Tabella 2	211_18_2_51txt
	211_18_28_51txt
	211_18_51_14txt
Singolo elettrone @ 413 MeV ad 1 cm da PD 13	211_19_13_20txt
setting fascio come in Tabella 2	211_19_34_51txt
	211_19_52_6txt
Singolo elettrone @ 413 MeV a 10 cm da PD 13	211_20_24_22txt
setting fascio come in Tabella 2	211_20_32_50txt
l' ultimo run in automatico comprende periodi di fondo senza fascio	
Singolo elettrone @ 413 MeV a 10 cm da PD 14	211_23_3_59txt
setting fascio come in Tabella 2	211_23_50_31txt
Singolo elettrone @ 413 MeV ad 1 cm da PD 14	212_0_44_31txt
setting fascio come in Tabella 2	212_1_9_40txt
Run lungo a centro barra; elettroni con molteplicità da 1 a 10	212_1_52_8txt
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti variazioni	
DHSTB01 set 294.5 readout 294.486 DHSTB02 set 314.9 readout 314.784	
SLTTB03 U set 27.5 readout 27.5 D set 27.5 readout 27.5	

Tabella 1 Elenco delle misure per la verifica della risposta delle barre in diverse posizioni a singoli elettroni di energia nota

parametro	readout	setting	parametro	readout	setting	parametro	readout	setting
CHHTB001	-0.06	-0.019	QUATB102	88.925	89.000	QUATB004	55.515	55.600
CVVTB001	0.006	0.000	QUATB001	30.942	31	DHRTB101	284.846	285.000
CHHTB002	-0.013	-0.007	QUATB002	38.962	39.800	DHSTB001	306.502	306.500
CVVTB002	-0.002	-0.005	QUATB003	50.963	51	DHSTB002	326.790	326.900
QUATB101	88.982	89.000						
SLTTB01 U	27	27	SLTTB03 U	29	29	TGTTB01	50	50
D	27	27	D	29	29			
SLTTB02 L	0	0	SLTTB04 L	13.07	26			
R	0	0	R	13.18	26			

Tabella 2 Setting dei parametri di BTF, a partire da e- da 500 MeV l' energia selezionata degli e- risulta essere413 MeV. Notare che l' ultima slitta di collimazione SLTTB04 è guasta (valori di readout diversi dal
setting); il fascio è quindi abbastanza largo (circa 26 mm)



Ref:AGILE-ITE-RP-005Project Ref.:AGILEIssue: 1Page: 6Date:20/08/2004

Per i test di retriggering, solo sul PD14, sono state effettuate le seguenti misure:

Misura		Files
Calibrazione con impulsatore,	BLR ON	MCA: imp_calib_01.mca
attenuazioni 50, 20, 10, 5, 2		-
$(att 100 \sim 16400 e^{-2} \cong picco Am-241)$		
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità da 1 a 10, BLR ON	MCS: elet_mcs_20.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 readout 294.486 D	HSTB02 set 314.9 readout 314.784	
SLTTB03 U set 27.5 readout 27.5 D set 27	7.5 readout 27.5	
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 60, BLR ON	MCS: elet_mcs_21.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	
SLTTB01 U set 27.5 D set 27.5 SLTT	B02 L set 27.5 R set 27.5	
SLTTB03 U set 27.5 D set 27.5 SLTT	B04 L set 27.5 R set 27.5	
HV calorimetro sul fascio 1500 V		
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 600, BLR ON	MCS: elet_mcs_22.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	
SLTTB01 U set 25 D set 25 SLTT	B02 L set 0 R set 0	
SLTTB03 U set 27.5 D set 27.5 SLTT	B04 L set 0 R set 0	
HV calorimetro sul fascio 1450 V BTF d	ataset file: 25-0-27.7-0.dat	
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 1000, BLR ON	MCS: elet_mcs_23.asc
setting fascio come in Tabella 2con le seguenti v	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	TEK: tek0000.cvs
SLTTB01 U set 21 D set 21 SLTT	B02 L set 0 R set 0	tek0001.cvs
SLTTB03 U set 26 D set 26 SLTT	B04 L set 0 R set 0	(su due range in tempo)
HV calorimetro sul fascio 1400 V		
Come sopra run a 1 cm da PD14 con elettroni c	on molteplicità ~ 1000, BLR OFF	MCS: elet_mcs_24.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	TEK: tek0002.cvs
SLTTB01 U set 21 D set 21 SLTT	B02 L set 0 R set 0	
SLTTB03 U set 26 D set 26 SLTT	B04 L set 0 R set 0	
HV calorimetro sul fascio 1400 V		
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 600, BLR OFF	MCS: elet_mcs_25.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	
SLTTB01 U set 25 D set 25 SLTT	B02 L set 0 R set 0	
SLTTB03 U set 27.5 D set 27.5 SLTT	B04 L set 0 R set 0	
HV calorimetro sul fascio 1450 V		
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 300, BLR OFF	MCS: elet_mcs_26.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	
SLTTB01 U set 26 D set 26 SLTT	B02 L set 0 R set 0	
SLTTB03 U set 27.5 D set 27.5 SLTT	B04 L set 0 R set 0	
HV calorimetro sul fascio 1450 V		
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 100, BLR OFF	MCS: elet_mcs_27.asc
Run a 1 cm da PD14 con elettroni con molteplic	ità ~ 50, BLR OFF	MCS: elet_mcs_28.asc
setting fascio come in Tabella 2 con le seguenti	variazioni	
DHSTB01 set 294.5 DHST	B02 set 314.	
SLTTB01 U set 26.8 D set 26.8 SLTT	B02 L set 0 R set 0	
SLTTB03 U set 27.6 D set 27.6 SLTT	B04 L set 0 R set 0	
continua ./.		

Any information contained in this document is property of the AGILE TEAM and is strictly private and confidential. All rights reserved.



Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date:

Misura		Files	
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 90,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_29.asc
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 60,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_30.asc
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 50,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_31.asc
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 500,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_32.asc
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 300,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_33.asc
Run a centro barra con elettroni con molteplicità ~ 1400,	BLR OFF	MCS:	elet_mcs_34.asc
Tutte le slitte a 0			

Tabella 3 Elenco delle misure per i test di retriggering sulla catena elettronica del PD14

3. MISURE IN DIVERSE POSIZIONI

I files delle misure di ogni posizione sono stati sommati ed analizzati.

3.1 ANALISI DEI DATI

L' ADC del sistema era a 4096 ch. Sui dati di un file, per ogni barra, si è posto una soglia sulla somma dei segnali dei due PD convertiti; in tal modo si eliminano eventi di rumore ed eventi raccolti ma dovuti ad un trigger sull' altra barra.

Si sono quindi collezionati gli spettri visti da ognuno dei PD della barra riducendoli a 512 ch. Per ogni evento visto da una barra si è valutato il valore di energia con la relazione:

 $E \propto k*sqrt(PDA * PDB)$

con k costante, PDA e PDB ampiezza del segnale vista dai due PD. I valori di energia sono stati raccolti in distribuzioni su 512 ch

Per ogni evento visto da una barra si è valutato un valore di posizione secondo la relazione:

 $P \propto h*log(PDA / PDB)$

con h costante. I valori di posizione sono stati raccolti in distribuzioni su 100 ch. Poichè il fascio di elettroni colpiva solo la barra con i PD 13 e 14 sano analizzati solo i dati di questa barra

3.2 CALIBRAZIONI

Dai dati di calibrazione con impulsatore della prima misura si ricava la relazione tra canali e carica raccolta ai PD. Questi parametri sono riassunti in Tabella 4 assieme ai valori precedentemente misurati di uscita luce e del coefficiente di attenuazione della barra.

	PD 13			PD 13 PD14			
e	cont	ch	σ	Cont	ch	σ	
32800	1841	10.60	0.6	1400	11.10	0.8	
82000	1317	25.46	0.6	1169	26.50	0.8	
164000	1466	50.67	0.6	1028	52.62	0.8	
328000	1175	101.38	0.6	1135	105.09	0.6	
820000	1437	253.51	0.6	1039	263.06	0.7	
		Calibra	azione $e^{-} = a + b^{3}$	*ch			
а	a -643.7			-821.3			
b	3238.2			3121.7			
r^2	0.9999967				0.9999948		
Calibrazione barra @ 20 °C							
A out luce a 0 cm	24.3 (σ 0.2) e ⁻ /keV			24.5 (σ 0.2) e ⁻ /keV			
α att luce cm ⁻¹	0.0	30 (σ 0.0004) c	m^{-1}	$0.028 (\sigma 0.0004) \text{ cm}^{-1}$			

Tabella 4 Parametri di calibrazione del sistema di Figura 1 per misure in posizione



La relazione tra i canali dello spettro visto da un PD ed l' Energia risulta:

 $E = \exp(\alpha^* x)^* (a + b^* ch) / A$

con x distanza dell' interazione dal PD in cm.

3.3 MISURE A BASSA MOLTEPLICITA' DEGLI ELETTRONI

In Figura 3 e Figura 4 sono riportati gli scatterogrammi con i dati delle misure con singolo elettrone in diverse posizioni.

In Figura 5 sono riportate le distribuzioni degli eventi raccolti su PD13, PD14 e dell' energia valutata. In Tabella 5 sono riportati i maggiori parametri dei picchi. Il calcolo dell' energia è fatta sia utilizzando la relazione indicata nel paragrafo precedente, sia usando i valori di uscita luce misurati puntualmente sulla barra in ref [2].

In Figura 6 è riportata la distribuzione della energia calcolata degli eventi raccolti durante la misura, a centro barra, con molteplicità degli elettroni = > 1. Sono riconoscibili i picchi della molteplicità 1, 2.

In Figura 7 sono riportate le distribuzioni, su 100 canali, delle posizioni calcolate per i vari runs. In Tabella 6 sono riportati i parametri delle distribuzioni gaussiane con cui questi picchi possono essere fittati. La relazione tra canali e posizione in cm è illustrata in Figura 8. Si noti la non linearità ai bordi della barra dovuta sia ad effetti di bordo che alle caratteristiche della barra stessa vicino a PD13.

dist da	PD13				PD14				E calc.
PD13 cm	ch picco	E calc da	Out luce	E calc da	ch picco	E calc. da	Out luce	E calc da	ch picco
		att luce	misurata	Out luce		att lux	misurata	Out luce	
		(MeV)	e-/keV	(MeV)		(MeV)	e-/keV	(MeV)	
1	56.5	7.7	19.2	9.5	21.4	7.5	6.2	10.6	36.1
10	50.0	9.0	17.9	9.0	34.9	9.5	11.4	9.5	44.7
18.75	39.0	9.1	13.6	9.2	44.8	9.6	14.8	9.4	43.0
27.5	30.2	9.1	10.4	9.3	56.1	9.4	18.6	9.4	42.1
36.5	23.4	9.2	7.9	9.5	70.3	9.2	23.2	9.4	41.0

Tabella 5 Parametri dei picchi delle distribuzione viste dai PD per interazioni in varie posizioni. Il calcolo dell' energia equivalente è fatto sia utilizzando la relazione del paragrafo precedente sia usando la stima dell' uscita luce misurata puntualmente. L' errore nella stima dell' energia è valutabile attorno a +/- 0.3 MeV.

Pos (cm)	Amp	Pos picco (ch)	σ (ch)	$\pm 3\sigma$ (cm)
1	3024	23.0	1.8	3.7
10	3264	41.0	1.5	3.0
18.5	6451	55.5	1.2	2.4
27.5	1700	69.3	1.4	2.8
36.5	1803	81.7	1.2	2.4

Tabella 6 Parametri dei picchi, fittati con gaussiane, delle distribuzioni in posizioni per i vari run. Si consideri che l' errore in posizione contiene anche lo spread delle posizioni di interazione degli elettroni (26 mm).

AG	ILE	Ref: Project Ref.: Issue: 1 Date:	AGILE-ITE-RP-005 AGILE Page: 10 20/08/2004
1		1	



Figura 3 Scatterogrammi con dati delle misure a singolo e⁻ in diverse posizione a) 1cm da PD13, b) 10 cm da PD13, c) centro barra, d) 10 cm da PD14, e) 1 cm da PD14. Ogni asse è troncato a circa metà del range.



Figura 4 Scatterogramma con dati misura a centro barra con diverse molteplicità di e⁻. Si notano i depositi di energia fino a circa molteplicità 4.



Figura 5 Distribuzioni degli eventi raccolti su PD13, PD14 e dell' Energia valutata per i runs a singolo elettrone in diverse posizioni lungo la barra.





Figura 6 Distribuzione della energia calcolata degli eventi raccolti durante la misura, a centro barra, con molteplicità degli elettroni = > 1. Sono riconoscibili i picchi della molteplicità 1, 2.







Ref:AGILE-ITE-RP-005Project Ref.:AGILEIssue: 1Page: 13Date:20/08/2004



Figura 8 Relazione tra canali delle distribuzioni in posizione (Figura 7) e le posizioni reali, la non linearità sembra essere dovuta agli effetti di bordo, vicino ai PD, della raccolta luce

4. TEST DI RETRIGGERING

4.1 CALIBRAZIONI

I parametri dei picchi di calibrazione con impulsatore e MCA (1024 ch su 10 V) sono riportati in Tabella 7.

Att pulser	e in	peak ch	V	
100	16400			
50	32800	18.8	0.184	
20	82000	49.8	0.486	
10	164000	100.8	0.984	
5	328000	202.4	1.977	
2	820000	508.5	4.966	
$V = -0.013 + 6.072 \times 10^{-4} \times e^{-1}$				

Tabella 7 Parametri di calibrazione sistema di test per il retriggering (Figura 2)

Considerando che per il PD14 l'uscita luce misurata ad 1 cm e a centro barra è circa 23.2 e 14.8 e⁻/keV rispettivamente e che ogni elettrone da 413 MeV rilascia circa 9.4 MeV la carica rilasciata dal PD 14 per ogni setup sperimentale è riportata in Tabella 8.

4.2 MISURE AD ALTA MOLTEPLICITA' DEGLI ELETTRONI

In Figura 9 sono riportati, per alcune misure di Tabella 3, i ritardi tra il trigger macchina ed i trigger del discriminatore sulla catena elettronica del PD14 quando l' amplificatore aveva il BLR attivo. Il fascio incideva ad 1 cm dal PD con diverse molteplicità.

Il primo picco entro 60 µsec dal trigger macchina indica l' interazione dell' elettrone sulla barra; la distribuzione su diversi canali è probabilmente dovuta alla modalità di discriminazione scelta.

In Figura 10 sono riportate le forme d' onda in uscita dall' amplificatore (BLR ON) e dal discriminatore

In Figura 11 sono riportati alcune misure di Tabella 3 i ritardi tra il trigger macchina ed i trigger del discriminatore sulla catena elettronica del PD14 quando l'amplificatore aveva il BLR NON-attivo. Il fascio incideva ad 1 cm dal PD con diverse molteplicità.

In Figura 12 sono riportate le forme d' onda in uscita dall' amplificatore (BLR OFF) e dal discriminatore

In Figura 13 sono riportati per alcune misure di Tabella 3 i ritardi tra il trigger macchina ed i trigger del discriminatore sulla catena elettronica del PD14 quando l' amplificatore aveva il BLR NON-attivo.

Il fascio incideva a centro barra con diverse molteplicità.



Per dare una valutazione numerica dell ' effetto di retriggering per ogni misura si sono confrontati il numero di trigger entro i primi 100 μ sec dal trigger macchina, che verosimilmente corrispondono alla rivelazione di uno spill di elettroni nel PD14, ed il numero di trigger dopo i primi 100 μ sec dal trigger macchina. In Tabella 8 sono riportati i valori trovati per le varie misure illustrati anche nella Figura 13 e nella Figura 15.

# elettroni	e- sul	trigger >100 µsec per	Delay (msec) dal trigger	# file MCS	
per spill	pre (x 10^{6})	ogni trigger <100 µsec	macchina dei retriggering		
Con BLR @ 1 cm da PD14					
> 10	> 2.2	0.13	distribuiti	20	
60	13.1	0.12	distribuiti	21	
600	130.8	0.01	distribuiti	22	
Senza BLR @ 1 cm da PD14					
50	10.9	0.38	$5.2 \div 6.6$	28	
100	21.8	678	$4.8 \div 6.7$	27	
300	65.4	738	$5.7 \div 7.4$	26	
600	130.8	695	6.2 ÷ 8.9	25	
Senza BLR @ centro barra					
50	7.0	0.13	distr.	31	
60	8.3	2	$5.1 \div 6.6$	30	
90	12.5	279	$4.9 \div 6.6$	29	
300	41.7	703	5.4 ÷ 7.5	33	
500	69.6	676	6.1 ÷ 8.7	32	
1400	194.8	553	11.5 ÷ 13.9	34	

Tabella 8 Parametri valutati con i test di retiggering

Ref:AGILE-ITE-RP-005Project Ref.:AGILEIssue: 1Page: 16Date:20/08/2004



Figura 9 Distribuzioni dei ritardi del trigger del discriminatore (Figura 2), rispetto al trigger macchina, per spill di varia intensità @ 1 cm del PD14. Amplificatore con BLR attivo.



Figura 10 Forme d' onda dell' amplificatore e del discriminatore per spill da 600 e- @ 1 cm del PD14. Nella figura a sinistra si nota l' effetto che la saturazione del pre-amp sulla forma dell' uscita amplificata. A destra, nella magnificazione attorno al trigger, si nota l' effetto del BLR.



Figura 11Distribuzioni dei ritardi del trigger del discriminato, rispetto al trigger macchina, per spill di varia intensità @ 1 cm del PD14. Amplificatore con BLR NON attivo.



Figura 12 Forme d' onda dell' amplificatore e del discriminatore per spill da 600 e- @ 1 cm del PD14. Senza l' effetto del BLR si ha retriggering dopo la saturazione della catena analogica.

Ref:	AGILE-ITE-RP-005
Project Ref .:	AGILE
Issue: 1	Page: 18
Date:	20/08/2004



Figura 13 Distribuzione dei ritardi dal trigger macchina dei retriggering del discriminatore per spill di varia intensità @ 1 cm di PD 14 (Figura 11). Per ogni canale del MCS in ordinata è rappresentata il numero di retriggering per ogni 100 trigger macchina.



Figura 14 Distribuzioni dei ritardi del trigger del discriminatore, rispetto al trigger macchina, per spill di varia intensità @ centro barra. Amplificatore con BLR NON attivo.



Figura 15 Distribuzione dei ritardi dal trigger macchina dei retriggering del discriminatore per spill di varia intensità @ centro barra (Figura 14). Per ogni canale del MCS in ordinata è rappresentata il numero di retriggering per ogni 100 trigger macchina.

Ref:AProject Ref.:Issue: 1Date:

CONCLUSIONI

I test con elettroni di energia attorno a 413 MeV, in diverse posizioni, indicano un deposito nella barra attorno a 9.4 MeV. Le ricostruzioni in posizione hanno una incertezza simile alla larghezza dello spill di elettroni di test.

I test di retriggering, con il setup utilizzato, indicano che:

- l' effetto è innescato per valori di carica in ingresso al pre-amp $> 10^7 e^-$
- l' effetto sembra indotto dalla saturazione del pre-amp di carica e del tipo di formazione che l' amplificatore applica a tale segnale.
- in quanto dipendente dalla saturazione del pre-amp l' effetto di retriggering è distanziato in tempo dallo spill di innesco, con ritardi via via maggiori all' aumentare della carica sul pre-amp
- per eliminare il retriggering si possono applicare azioni sul segnale in uscita dall' amplificatore che contengano effetti di under ed over shooting rispetto alla linea di base.
- non è ancora chiaro se la saturazione del pre-amp, indotta sicuramente dallo spill iniziale di elettroni sulla barra, è ulteriormente sostenuta da effetti di fosforescenza delle barre

Ulteriori test che impieghino le barre 'flight like' con analoga elettronica 'fligh like' (MCAL SEM) sono mandatori per una comprensione completa di come il fenomeno apparirà durante la missione AGILE.